

谷胱甘肽还原酶质控品

货号：GR2608

包装：10 x 5 ml

批号：181GR

效期：2018-04

产品用途

该产品用于体外诊断中谷胱甘肽还原酶检验的质量控制。

安全预防措施和警告

该产品仅用于体外诊断。禁止用口吸。在使用前应充分掌握试剂操作的注意事项。

该质控品采用牛基质血清，对所有人源性前列腺酸性磷酸酶和前列腺特异性抗原的捐献者的血清均进行了 HIV（HIV1、HIV2）抗体、肝炎 B 表面抗原（HbsAg）的测试，发现均呈阴性。所采用的方法均经 FDA 认证。

但既然没有一种方法能够完全保证其没有传染物质，因此该材料应当按照传播疾病样本的要求小心处理。

保存和稳定性

未开瓶：2~8℃保存至效期末。

复溶后：若 2~8℃能稳定 1 天，若 15~25℃能稳定 8 小时。使用时仅取出所需用量，未用完的量不可返回原瓶中。

使用说明

小心打开瓶盖，避免任何材料的损失，准确加入 5 mL 的新鲜蒸馏水在 20~25℃的条件下复溶，塞上橡胶塞，盖紧瓶盖，使用前应静置 30 min。

赋值

靶值 (U/L)	靶值范围 (U/L)
84	71 - 97

注：详细赋值信息请以原版英文说明书为准，原版说明书请在英国朗道公司官网 www.randox.com 进行下载。