

半胱氨酸蛋白酶抑制剂C正常值质控品

货号: CYS5019

包装: 3 x 2 ml

批号: 1202CY

效期: 2018-06

产品用途

半胱氨酸蛋白酶抑制剂 C 正常值质控品又称胱抑素 C 正常值质控品,该产品用于体外诊断中胱抑素 C 检验的质量控制。

安全预防措施和警告

该产品仅用于体外诊断。禁止用口吸。在使用前应充分掌握试剂操作的注意事项。

该质控品采用人基质血清,对所有捐献者的血清均进行了 HIV(HIV1、HIV2)抗体、肝炎 B 表面抗原(HbsAg)的测试,发现均呈阴性。所采用的方法均经 FDA 认证。

但既然没有一种方法能够完全保证其没有传染物质,因此该材料应当按照病人样本注意事项小心处理。这种材料中加入了叠氮钠作为防腐剂,是有毒的,应避免摄入或皮肤及粘膜接触。如果不慎接触皮肤,应立即用大量清水冲洗患处;如果不小心摄入或接触眼睛,应立即寻求医生帮助。

叠氮钠能够与铅和铜质管道发生反应,形成潜在的爆炸性叠氮化合物。因此,在处理这种试剂的时候应用大量的水冲洗,防止叠氮化合物的形成。裸露的金属表面要用 10%的氢氧化钠清洗干净。

保存和稳定性

未开瓶: 2~8℃ 保存至效期末。

复溶后: 2~8℃ 稳定 30 天。使用时仅取出所需用量,未用完的量不可返回原瓶中。

使用说明

该质控血清为液态即用型。

赋值

靶值	靶值范围
0.69 mg/L	0.59 - 0.79 mg/L

注: 详细赋值信息请以原版英文说明书为准,原版说明书请在英国朗道公司官网 www.randox.com 进行下载。