

质控血清

货号: HN1530

包装: 20 x 5 ml

批号: 1228UN

效期: 2021-05

产品描述

本品为质控血清, 又称人基质定值生化质控血清, 适用于临床生化体外诊断的准确性或者重复性质量控制, 朗道供应两种浓度水平的人基质定值生化质控血清 (水平 2: HN1530; 水平 3: HE1532)。

安全预防措施和警告

本产品仅用于体外诊断。禁止用口吸。按照实验室常规预防措施对试剂进行处理。

该质控品采用人基质血清, 对所有捐献者的血清均进行了 HIV (HIV1、HIV2) 抗体、肝炎 B 表面抗原 (HbsAg) 和肝炎 C 病毒 (HCV) 抗体的测试, 发现均呈阴性。所采用的方法均经 FDA 认证。

然而, 既然没有一种方法能够完全保证其没有传染物质, 因此该质控品和所有的病人样品均应当按照能够传播疾病的样品小心处理。

保存和稳定性

复溶后, 建议 2~8°C 冷藏保存。15~25°C 可保存 8 小时, 2~8°C 可保存 7 天, -20°C 再次冷冻可保存 28 天, 只能冻融 1 次 (见受限情况)。

未开瓶, 2~8°C 可保存至效期末。

受限情况

1. 为保证总酸性磷酸酶和前列腺酸性磷酸酶的稳定性, 复溶 30 分钟后, 该血清每 1 ml 应当加入 1 滴 (25-30 μ l) 0.7 M 的醋酸溶液。其稳定作用可以使总酸性磷酸酶和前列腺酸性磷酸酶在 15~25°C 下稳定 2 小时, 在 2~8°C 下稳定 2 天, 在 -20°C 下稳定 28 天 (只能冻融 1 次)。
2. 碱性磷酸酶在稳定时间内水平会升高。建议复溶血清在测定前于 15~25°C 下放置 1 小时。
3. 该质控血清中的胆红素对光敏感, 建议避光保存。在 2~8°C 下避光保存稳定 4 天。勿置于 15~25°C 的温度下保存。勿冷冻。
4. 游离脂肪酸 (NEFA) 在 2~8°C 下稳定 1 天。
5. 总前列腺特异性抗原 (TPSA) 在 2~8°C 下稳定 4 天, -20°C 冷冻分装稳定 28 天。
6. 若该复溶血清受细菌污染, 将会降低许多成分的稳定性。不同批号的质控血清不能交叉使用, 因为不同批号的赋值不同。该质控血清不能当作标准血清使用。

使用说明

该人基质定值生化质控血清只能按照以下步骤复溶:

1. 小心打开瓶盖, 避免材料的任何损失;
2. 在 15~25°C 的室温下, 准确量取 5 mL 蒸馏水复溶 1 瓶质控血清;
3. 盖上橡皮塞, 拧紧瓶盖, 使用前避光放置 30 分钟;
4. 轻轻旋转, 确保内容物完全溶解。勿摇晃, 避免形成泡沫;
5. 用前将小瓶倒置, 确保所有的冻干物完全溶解。勿摇晃, 避免形成泡沫;
6. 参照不同分析仪器的质控说明;
7. 冷藏任何未使用的血清, 下次使用前应充分混匀。

需要自备的材料

移液管, 蒸馏水

赋值

每一批质控血清都要送到参考实验室, 根据国际参考标准进行赋值。若没有国际参考标准, 就使用参考方法。朗道也将质控血清送到全世界 3000 多家实验室, 然后将结果用独特的统计分析赋值。对每一批质控血清, 都提供了不同项目的不同方法学的靶值和靶值范围。质控范围值是平均值 $\pm$ 2 S.D.。

注释

® 注册商标

- (1) 由德国内科医生联邦议院认证的参考实验室赋值。
- (2) DGKC: 德国临床化学协会
- (3) IFCC: 国际临床化学联盟
- (4) SCE: 斯堪的纳维亚酶委员会

注: 详细赋值信息请以原版英文说明书为准, 原版说明书请在英国朗道公司官网 www.randox.com 进行下载。

人基质定值生化质控血清-水平 2（所有仪器的均值）

货号: HN1530		批号: 1228UN		效期: 2021-05		
规格: 20 x 5 ml		范围		低值=靶值-2SD	高值=靶值+2SD	
分析物	单位	靶值	低值	高值	SD	
白蛋白 (ALB)	g/L	41.5	35.3	47.7	3.10	溴甲酚绿法 ◆
	g/L	42.8	36.4	49.2	3.20	溴甲酚紫法
	g/L	40.2	34.1	46.3	3.05	干化学法 Ortho Vitros Microslide Systems
碱性磷酸酶 (ALP)	U/L	155	132	178	11.50	干化学法 Ortho Vitros Microslide Systems 37°
	U/L	193	164	222	14.50	IFCC 推荐 AMP 方法 37° C ◆
谷丙转氨酶 (ALT)	U/L	49	39	59	5.00	干化学法 Ortho Vitros Microslide Systems 37° C
	U/L	38	31	45	3.50	Tris 缓冲液含 P5P 法 37°C
	U/L	35	28	42	3.50	Tris 缓冲液不含 P5P 法 37°C ◆
胰淀粉酶 (PAMY)	U/L	60	51	69	4.50	EPS 底物, 免疫抑制法 37° C
	U/L	59	50	68	4.50	罗氏液体稳定 pNPG7 37°C ◆
	U/L	69	59	79	5.00	朗道底物液体试剂 pNPG7 37° C
总淀粉酶 (AMY)	U/L	82	69	95	6.50	pNP 聚麦芽糖底物法 37° C ◆
	U/L	84	71	97	6.50	西门子-阻断 pNPG7 37°C
	U/L	67	57	77	5.00	朗道-亚乙基 pNPG7 37° C
	U/L	92	78	106	7.00	朗道底物液体试剂 pNPG7 37° C
	U/L	61	52	70	4.50	干化学法 Ortho Vitros Microslide Systems 37° C
	U/L	81	69	93	6.00	罗氏液体稳定 pNPG7 37°C ◆
	U/L	83	70	96	6.50	Beckman Coulter – 阻断 pNPG7 37° C
载脂蛋白 A- I	g/L	1.17	0.96	1.38	0.11	免疫比浊法
载脂蛋白 B	g/L	0.58	0.48	0.68	0.05	免疫比浊法
谷草转氨酶 (AST)	U/L	49	39	59	5.00	Ortho Vitros Microslide Systems 可视载玻片 37° C
	U/L	47	38	56	4.50	Tris 缓冲液含 P5P 法 37°C
	U/L	32	26	38	3.00	Tris 缓冲液不含 P5P 法 37°C ◆
胆汁酸 (TBA)	μmol/L	25.9	20.7	31.1	2.60	第四代比色法
	μmol/L	24.2	19.4	29.0	2.40	第五代比色法 ◆
碳酸氢盐 (CO2)	mmol/L	14.4	11.5	17.3	1.45	比色法
	mmol/L	14.3	11.3	17.3	1.50	pH 值变化速率法
	mmol/L	15.0	11.9	18.1	1.55	酶法 ◆
	mmol/L	16.0	12.7	19.3	1.65	离子选择电极 (ISE)
直接胆红素 (DBIL)	μmol/L	17.8	14.1	21.5	1.85	二氯苯重氮盐法 (DPD 法)
	μmol/L	18.7	14.8	22.6	1.95	重氮化对氨基苯磺酸法
	μmol/L	17.9	14.1	21.7	1.90	二氯苯胺重氮盐 (DCA 法)
	μmol/L	15.1	11.9	18.3	1.60	氧化生成胆绿素法 (钒酸盐氧化法)
	μmol/L	16.5	13.0	20.0	1.75	改良 Jendrassik 法
总胆红素 (TBIL)	μmol/L	22.6	17.9	27.3	2.35	干化学法 Vitros 250/500/700/950 总胆红素
	μmol/L	22.5	17.8	27.2	2.35	干化学法 Vitros 250/500/700/950 总 BUBC
	μmol/L	33.4	26.4	40.4	3.50	二氯苯胺重氮盐 (DCA 法)
	μmol/L	26.7	21.1	32.3	2.80	重氮化对氨基苯磺酸法
	μmol/L	26.7	21.1	32.3	2.80	二氯苯重氮盐法 (DPD 法)
	μmol/L	26.8	21.1	32.5	2.85	氧化生成胆绿素法 (钒酸盐氧化法)
	μmol/L	33.1	26.1	40.1	3.50	改良 Jendrassik 法
钙	mmol/L	2.14	1.92	2.36	0.11	甲酚酞氨络合剂法
	mmol/L	2.17	1.95	2.39	0.11	干化学法 Ortho Vitros Microslide Systems
	mmol/L	2.07	1.87	2.27	0.10	离子选择电极 (ISE)
	mmol/L	2.15	1.93	2.37	0.11	偶氮胂III法 ◆
胆固醇 (CHO)	mmol/L	3.82	3.33	4.31	0.25	干化学法 Ortho Vitros Microslide Systems

人基质定值生化质控血清-水平 2（所有仪器的均值）

货号: HN1530		批号: 1228UN		效期: 2021-05	
规格: 20 x 5 ml		范围		低值=靶值-2SD	高值=靶值+2SD
分析物	单位	靶值	低值	高值	SD
胆固醇 (CHO)	mmol/L	4.00	3.48	4.52	0.26
氯	mmol/L	98.4	90.5	106	3.95
	mmol/L	96.4	88.7	104	3.85
	mmol/L	94.9	87.3	103	3.80
	mmol/L	97.4	89.6	105	3.90
胆碱酯酶	U/L	5461	4369	6553	546.00
肌酸激酶 (CK)	U/L	194	159	229	17.50
	U/L	217	178	256	19.50
	U/L	209	172	246	18.50
	U/L	204	167	241	18.50
	U/L	212	174	250	19.00
铜	μmol/L	16.8	13.5	20.1	1.65
	μmol/L	16.4	13.1	19.7	1.65
皮质醇	nmol/L	472	354	590	59.00
肌酐 (Cr)	μmol/L	126	100	152	13.00
	μmol/L	127	102	152	12.50
	μmol/L	126	101	151	12.50
	μmol/L	124	99.0	149	12.50
	μmol/L	122	97.5	147	12.25
	μmol/L	119	95.4	143	11.80
	μmol/L	123	98.6	147	12.20
D-3-羟基丁酸	mmol/L	0.29	0.24	0.33	0.02
地高辛	ng/mL	1.74	1.39	2.09	0.18
叶酸	ng/mL	12.3	9.35	15.3	1.48
游离甲状腺素 T4	pmol/L	17.4	13.1	21.7	2.15
	pmol/L	19.1	14.3	23.9	2.40
	pmol/L	22.3	16.7	27.9	2.80
庆大霉素	μg/mL	3.61	2.89	4.33	0.36
γ-谷氨酰转移酶 (GGT)	U/L	48	41	55	3.50
	U/L	65	55	75	5.00
	U/L	42	36	48	3.00
	U/L	51	43	59	4.00
	U/L	54	46	62	4.00
谷氨酸脱氢酶	U/L	15	12	18	1.50
葡萄糖 (GLU)	mmol/L	6.11	5.20	7.02	0.46
	mmol/L	6.31	5.37	7.25	0.47
	mmol/L	6.36	5.40	7.32	0.48
α-羟丁酸脱氢酶 (α-HBDH)	U/L	222	176	268	23.00
HDL-C	mmol/L	1.21	1.03	1.39	0.09
	mmol/L	1.23	1.04	1.42	0.10
	mmol/L	1.18	1.01	1.35	0.09
	mmol/L	1.14	0.97	1.31	0.09
	mmol/L	1.18	1.00	1.36	0.09
	mmol/L	1.08	0.92	1.24	0.08

人基质定值生化质控血清-水平 2

所有仪器的均值		货号：HN1530		批号：1228UN		效期：2021-05	
规格：20 x 5ml		范围					
分析物	单位	靶值	低值	高值	SD		
高密度脂蛋白胆固醇	mmol/L	1.22	1.04	1.40	0.09	Vitros 5.1 FS microtip assay	
	mmol/L	1.18	1.00	1.36	0.09	干化学Vitros Magnetic HDL ◆	
	mmol/L	1.24	1.05	1.43	0.10	HDL - Ultra	
免疫球蛋白 A	g/L	1.70	1.28	2.12	0.21	免疫比浊法 ◆	
免疫球蛋白 G	g/L	6.09	4.99	7.19	0.55	免疫比浊法 ◆	
免疫球蛋白 M	g/L	0.80	0.64	0.96	0.08	免疫比浊法 ◆	
血清铁	μmol/L	18.6	15.2	22	1.70	比色法，含 ppt.	
	μmol/L	18.7	15.4	22	1.65	比色法，不含 ppt. ◆	
	μmol/L	19.4	15.9	22.9	1.75	干化学法 Ortho Vitros Microslide Systems	
乳酸	mmol/L	1.53	1.26	1.80	0.14	乳酸氧化酶比色法	
	mmol/L	1.44	1.18	1.70	0.13	干化学法 Ortho Vitros Microslide Systems	
	mmol/L	1.52	1.25	1.79	0.14	UV LDH	
亮氨酸氨肽酶（LAP）	U/L	17	14	20	1.50	NAGEL 37°C	
乳酸脱氢酶（LD）	U/L	583	495	671	44.00	干化学法 Ortho Vitros Microslide Systems 37° C	
	U/L	183	155	211	14.00	L->P 37° C	
	U/L	435	370	500	32.50	P->L 斯堪的纳维亚及荷兰地区 37° C	
	U/L	205	174	236	15.50	L->P IFCC 37° C ◆	
脂肪酶	U/L	35	28	42	3.50	其他比色法 37°C	
	U/L	223	179	267	22.00	干化学法 Ortho Vitros Microslide Systems 37° C	
	U/L	30	24	36	3.00	罗氏比色法 37°C	
	U/L	42	34	50	4.00	朗道比色法 37°C ◆	
锂	mmol/L	1.29	1.14	1.44	0.08	干化学法 Ortho Vitros Microslide Systems	
	mmol/L	1.07	0.94	1.20	0.07	离子选择电极（ISE）	
	mmol/L	1.09	0.96	1.22	0.07	分光光度法	
	mmol/L	1.02	0.90	1.14	0.06	朗道比色法	
镁	mmol/L	0.90	0.79	1.00	0.05	偶氮肿III法	
	mmol/L	0.90	0.80	1.01	0.05	干化学法 Ortho Vitros Microslide Systems	
	mmol/L	0.92	0.81	1.03	0.06	二甲苯胺蓝法 ◆	
	mmol/L	0.90	0.79	1.01	0.05	甲基百里酚蓝法	
	mmol/L	0.89	0.78	1.00	0.05	酶法	
游离脂肪酸（NEFA）	mmol/L	1.79	1.52	2.06	0.14	比色法	
扑热息痛（对乙酰氨基酚）	mg/L	16.4	13.2	19.6	1.60	比色法	
无机磷	mmol/L	1.44	1.22	1.66	0.11	干化学法 Ortho Vitros Microslide Systems	
	mmol/L	1.41	1.20	1.62	0.11	磷钼酸盐酶法	
	mmol/L	1.40	1.19	1.61	0.11	磷钼酸盐 UV 法 ◆	
钾	mmol/L	4.07	3.75	4.39	0.16	干化学法 Ortho Vitros Microslide Systems	
	mmol/L	4.05	3.73	4.37	0.16	酶法	
	mmol/L	4.01	3.69	4.33	0.16	火焰分光光度法	
	mmol/L	3.97	3.65	4.29	0.16	离子选择电极法，直接	
	mmol/L	4.02	3.70	4.34	0.16	离子选择电极法，间接	
总蛋白	g/L	58.9	47.1	70.7	5.90	干化学法 Ortho Vitros Microslide Systems	
	g/L	58.7	47.0	70.4	5.85	双缩脲反应终点法 ◆	
	g/L	57.5	46.0	69.0	5.75	双缩脲反应动力学法	
总前列腺特异性抗原（TPSA）	ng/mL=	12.2	9.18	15.2	1.51	Roche Elecsys Modular E170	
	ng/mL=	11.7	8.78	14.6	1.46	bioMerieux VIDAS TPSA	
	ng/mL=	9.37	7.03	11.7	1.17	Siemens Centaur XP/Classic	

人基质定值生化质控血清-水平 2

所有仪器的均值		货号：HN1530		批号：1228UN		效期：2021-05	
规格：20 x 5ml		范围					
分析物	单位	靶值	低值	高值	SD		
总前列腺特异性抗原（TPSA）	ng/mL=	10.0	7.5	12.5	1.25	Abbott Architect	
水杨酸盐	mg/dL	5.66	4.53	6.79	0.57	酶法	
钠	mmol/L	144	137	151	3.50	干化学法 Ortho Vitros Microslide Systems	
	mmol/L	141	134	148	3.50	酶法	
	mmol/L	141	134	148	3.50	火焰分光光度法	
	mmol/L	142	135	149	3.50	离子选择电极法，直接	
	mmol/L	144	137	151	3.50	离子选择电极法，间接	
茶碱	μg/mL	4.72	3.78	5.66	0.47	免疫比浊法	
促甲状腺素（TSH）	μ U/mL=	1.16	0.93	1.39	0.11	Abbott Architect	
	μ U/mL=	1.45	1.16	1.74	0.15	Siemens Centaur XP/Classic	
	μ U/mL=	1.47	1.18	1.76	0.15	bioMerieux VIDAS TSH	
	μ U/mL=	1.38	1.10	1.66	0.14	Siemens Immulite 2000	
	μ U/mL=	1.47	1.18	1.76	0.15	Roche Cobas E411	
	μ U/mL=	1.49	1.19	1.79	0.15	Roche Modular E170	
总铁结合力（TIBC）	μmol/L	50.7	40.1	61.3	5.30	干化学法 Ortho Vitros Microslide Systems	
	μmol/L	44.2	34.9	53.5	4.65	多余游离铁去除法	
	μmol/L	46.1	36.4	55.8	4.85	FE+UIBC （铁离子饱和法）	
	μmol/L	48.0	37.9	58.1	5.05	直接比色法	
	μmol/L	52.5	41.5	63.5	5.50	朗道直接法	
妥布霉素	μg/mL	2.87	2.29	3.45	0.29	免疫比浊法	
总 T3	nmol/L	2.51	1.89	3.13	0.31	Abbott Architect	
	nmol/L	2.80	2.1	3.50	0.35	Siemens Centaur XP/Classic	
	nmol/L	2.71	2.03	3.39	0.34	Roche Cobas E411	
总 T4	nmol/L	91.1	68.3	114	11.40	Abbott Architect	
	nmol/L	85.4	64.0	107	10.70	BioMerieux Vidas	
	nmol/L	90.3	67.8	113	11.25	Roche Cobas E411	
转铁蛋白	g/L	2.02	1.62	2.42	0.20	免疫比浊法	
甘油三酯（TG）	mmol/L	1.11	0.93	1.29	0.09	脂肪酶/甘油磷酸酯氧化酶-过氧化物酶比色法(无甘油校正) ◆	
	mmol/L	1.10	0.92	1.28	0.09	脂肪酶/甘油磷酸酯氧化酶-过氧化物酶比色法（0.11mmol/l 甘油校正）	
	mmol/L	1.13	0.95	1.31	0.09	脂肪酶/甘油激酶（无甘油校正）	
	mmol/L	1.08	0.90	1.26	0.09	脂肪酶/甘油脱氢酶	
	mmol/L	1.25	1.05	1.45	0.10	干化学法 Ortho Vitros Microslide Systems	
尿酸	mmol/L	0.34	0.30	0.39	0.02	干化学法 Ortho Vitros Microslide Systems	
	mmol/L	0.35	0.31	0.40	0.02	尿素酶，过氧化氢酶 340 nm	
	mmol/L	0.36	0.31	0.40	0.02	尿酸酶过氧化物酶比色法，含抗坏血酸氧化酶	
	mmol/L	0.35	0.31	0.40	0.02	尿酸酶过氧化物酶比色法，不含抗坏血酸氧化酶 ◆	
	mmol/L	0.36	0.31	0.40	0.02	尿酸酶过氧化物酶比色法，含抗坏血酸氧化酶@ 546 nm	
尿素	mmol/L	7.07	6.01	8.13	0.53	干化学法 Ortho Vitros Microslide Systems	
	mmol/L	7.41	6.30	8.52	0.56	尿素酶动力学法 ◆	
	mmol/L	7.42	6.31	8.53	0.56	尿素酶法，次氯酸盐	
	mmol/L	7.41	6.30	8.52	0.56	伯塞洛氏尿素酶法	
锌	μmol/L	20.9	16.7	25.1	2.10	比色法，去蛋白	