

微量白蛋白校准品

货号: MA1567

包装: 6 x 2 ml

批号: 1850IT, 946MA - 950MA

效期: 2020-04

产品用途

本品为微量白蛋白 (mALB) 校准品, 适用于体外诊断中微量白蛋白项目的临床化学检验的校准, 是朗道尿微量白蛋白检测试剂盒 (MA2423、MA2426) 的配套校准品。本品可用于其它检测系统, 以此帮助检测系统保证在定标范围内得到精确的结果。

安全预防措施和警告

该产品仅用于体外诊断。禁止用口吸。在使用前应充分掌握试剂操作的注意事项。

该校准品采用人源性材料, 对所有捐献者均进行了 HIV (HIV1、HIV2) 抗体、肝炎 B 表面抗原 (HbsAg) 和肝炎 C 病毒 (HCV) 抗体的检验, 发现均呈阴性。

然而, 既然没有一种方法能够完全保证其没有传染物质, 因此该质控品和所有的病人样品均应当按照能够传播疾病的样品小心处理。

本产品添加了叠氮钠作为防腐剂, 是有毒的, 应避免摄入或皮肤及粘膜接触。如果不慎接触皮肤, 应立即用大量清水冲洗患处; 如果不小心摄入或接触眼睛, 应立即寻求医生帮助。

叠氮钠能够与铅和铜质管道发生反应, 形成潜在的爆炸性叠氮化合物。因此, 在处理这种试剂的时候应用大量的水冲洗, 防止叠氮化合物的形成。裸露的金属表面要用 10% 的氢氧化钠清洗干净。

材料安全数据表备索。

本试剂必须由具有合格资质的实验员在合适的条件下用于预期目的。

保存和稳定性

本试剂开瓶即可使用, 在无污染的情况下, 盖好瓶盖, 2~8℃ 保存可稳定至效期末。每次使用仅取出所需用量, 使用后剩余的量不可返回原瓶。

使用说明

本微量白蛋白校准品为液态即用型。

赋值

微量白蛋白校准品在朗道实验室进行赋值, 方法学是免疫比浊法, 参考按照国际标准制备的标准物质。

批号	白蛋白 (mg/l)	白蛋白 (mg/dl)	效期
1850IT	0.0	0.00	2020-04-28
946MA	9.7	0.97	2020-04-28
947MA	19.6	1.96	2020-04-28
948MA	50.1	5.01	2020-04-28
949MA	106.2	10.62	2020-04-28
950MA	210.9	21.09	2020-04-28

注: 详细赋值信息请以原版英文说明书为准, 原版说明书请在英国朗道公司官网 www.randox.com 进行下载。