

## 类风湿因子校准品

货号: RF2301

批号: 542073 (1390RF-1386RF)

包装: 5 x 1 ml

效期: 2022-04-28

### 产品描述

本品为类风湿因子（RF）校准品，为液态即用型，适用于临床化学检验系统检测类风湿因子的校准。

### 安全预防措施和警告

该产品仅用于体外诊断。禁止用口吸，按照实验室常规预防措施对试剂进行处理。

该校准品采用人基质血清，对所有捐献者的血清均进行了 HIV（HIV1、HIV2）抗体、肝炎 B 表面抗原（HbsAg）和肝炎 C 病毒（HCV）抗体的测试，发现均呈阴性。然而，既然没有一种方法能够完全保证其没有传染物质，因此建议按照与病人样本相同的预防措施处理该产品。

这种材料中加入了叠氮钠作为防腐剂，应避免摄入或皮肤及粘膜接触。如果不慎接触皮肤，应立即用大量清水冲洗患处；如果不小心摄入或接触眼睛，应立即寻求医生帮助。

叠氮钠能够与铅和铜质管道发生反应，形成潜在的爆炸性叠氮化合物。因此，在处理这种试剂的时候应用大量的水冲洗，防止叠氮化合物的形成。裸露的金属表面要用 10% 的氢氧化钠清洗干净。

健康和安全数据表备案。

### 保存和稳定性

若盖好瓶盖、无污染，可在 2~8℃ 保存至效期末。每次使用只吸取所需用量，剩余的样品不可返回原瓶。

### 使用说明

该校准血清为液态即用型。

### 赋值

本校准血清系列在朗道实验室赋值，方法学是胶乳增强免疫比浊法，参考物质为国际标准制品（WHO 标准品 64/2）标准化。具体靶值已在下表中列出。

| 校准品编号 | 批号     | 靶值          |
|-------|--------|-------------|
| 1     | 1390RF | 11.3 IU/ml  |
| 2     | 1389RF | 20.4 IU/ml  |
| 3     | 1388RF | 39.7 IU/ml  |
| 4     | 1387RF | 63.9 IU/ml  |
| 5     | 1386RF | 106.9 IU/ml |

注：详细赋值信息请以原版英文说明书为准，原版说明书请在英国朗道公司官网 [www.randox.com](http://www.randox.com) 进行下载。

28 Oct 20 pl

PAGE 1 OF 1