

中华人民共和国

医疗器械注册证(体外诊断试剂)

注册证编号：国械注进20162400238

注册人名称	英国朗道实验诊断有限公司 Randox Laboratories Ltd.
注册人住所	Ardmore, Diamond Road, Crumlin, Co. Antrim, United Kingdom, BT29 4QY
生产地址	Ardmore, Diamond Road, Crumlin, Co. Antrim, United Kingdom, BT29 4QY
代理人名称	英国朗道实验诊断有限公司上海代表处
代理人住所	上海市普陀区陕西北路1438号财富时代大厦522、523室
产品名称	肌红蛋白校准品 MYOGLOBIN CALIBRATOR SERIES (MYO CAL SET)
包装规格	MY2456 (货号)：4×1 mL
主要组成成分	人源血清基质，4个水平的校准品，内分别含一定浓度的纯化的人肌红蛋白组分。
预期用途	用于配套生化分析仪上肌红蛋白检测的校准。
附件	产品技术要求、说明书
产品储存条件及有效期	2~8℃保存，有效期18个月。
其他内容	/
备注	



审批部门：国家药品监督管理局

批准日期：二〇一六年十二月十七日

有效期至：二〇二六年十二月十六日