

【英文名称】: **CALIBRATION SERUM LEVEL 2 (CAL 2)**

【中文名称】: 校准血清 (CAL2)

【货号】 (CAT. NUMBER): **CAL2350**

【包装规格】 (SIZE): **20 x 5 ml**

【批号】 (LOT NUMBER): **I657UN**

【到期】 (EXPIRY): **2025-11-28**

本产品的准备和使用详见试剂盒内说明书。

Full instructions for the use and preparation of this product are included with the kit.

质控品靶值和范围如下所示。

Target values and ranges are listed below.

ZH: 08 Apr '24 me

CALIBRATION SERUM LEVEL 2 (CAL 2) 校准血清 (CAL2)

METHOD	Lot No. 1657UN	Cat. No. CAL2350	所有仪器均值		批号: 1657UN	货号: CAL2350
Size 20 x 5 ml Expiry 2025-11-28			包装规格: 20 x 5 ml 到期: 2025-11-28			
Analyte	分析项目	unit 单位	Target 靶值	方法		Methods
Albumin	白蛋白	g/l	40.8	溴甲酚绿		Bromocresol Green
		g/dl	4.08			
		g/l	41.6	溴甲酚紫		Bromocresol Purple
		g/dl	4.16			
		g/l	41.4	比浊法		Turbidimetric Assays
	g/dl	4.14				
Alkaline Phosphatase	碱性磷酸酶	U/l	187	IFCC推荐AMP法 37°C		AMP optimised to IFCC 37°C
		U/l	146	IFCC推荐AMP法 30°C		AMP optimised to IFCC 30°C
		U/l	119	IFCC推荐AMP法 25°C		AMP optimised to IFCC 25°C
		U/l	190	非推荐AMP法 37°C		AMP non-optimised 37°C
		U/l	148	非推荐AMP法 30°C		AMP non-optimised 30°C
	U/l	121	非推荐AMP法 25°C		AMP non-optimised 25°C	
ALT (GPT)	丙氨酸氨基转移酶	U/l	39	比色法 37°C		Colorimetric 37°C
		U/l	29	比色法 30°C		Colorimetric 30°C
		U/l	22	比色法 25°C		Colorimetric 25°C
		U/l	41	Tris缓冲液 (含PSP) 37°C		Tris buffer with PSP 37°C
		U/l	30	Tris缓冲液 (含PSP) 30°C		Tris buffer with PSP 30°C
		U/l	23	Tris缓冲液 (含PSP) 25°C		Tris buffer with PSP 25°C
		U/l	38	Tris缓冲液 (不含PSP) 37°C		Tris buffer without PSP 37°C
		U/l	28	Tris缓冲液 (不含PSP) 30°C		Tris buffer without PSP 30°C
		U/l	21	Tris缓冲液 (不含PSP) 25°C		Tris buffer without PSP 25°C
		U/l	40	磷酸盐缓冲液 DGKC法 37°C		Phosphate buffer DGKC 37°C
		U/l	30	磷酸盐缓冲液 DGKC法 30°C		Phosphate buffer DGKC 30°C
		U/l	23	磷酸盐缓冲液 DGKC法 25°C		Phosphate buffer DGKC 25°C
		U/l	40	Tris缓冲液 (含PSP NVKC) 37°C		Tris buffer with PSP NVKC 37°C
		U/l	30	Tris缓冲液 (含PSP NVKC) 30°C		Tris buffer with PSP NVKC 30°C
		U/l	23	Tris缓冲液 (含PSP NVKC) 25°C		Tris buffer with PSP NVKC 25°C
		U/l	38	Tris缓冲液 (SCE) 37°C		Tris buffer SCE 37°C
		U/l	28	Tris缓冲液 (SCE) 30°C		Tris buffer SCE 30°C
		U/l	21	Tris缓冲液 (SCE) 25°C		Tris buffer SCE 25°C
Amylase Pancreatic	胰淀粉酶	U/l	60	Roche EPS 液体 37°C		Roche EPS Liquid 37°C
Amylase Total	淀粉酶	U/l	86	对硝基苯麦芽三糖苷底物法37°C		pNP Maltotrioxide substrates 37°C
		U/l	94	Siemens 阻断 pNPG7 37°C		Siemens - blocked pNPG7 37°C
		U/l	90	赤千乙缩酶pNPG7法 (朗道) 37°C		Randox Lyo. Ethylidene pNPG7 37°C
		U/l	93	Randox 液体豆乙基 pNPG7 37°C		Randox Liquid Ethylidene pNPG7 37°C
		U/l	88	西门子公司麦芽五糖/六糖苷 37°C		Siemens - maltopenta/hexaoside 37°C
		U/l	83	糖化法37°C		Saccharogenic 37°C
		U/l	86	Roche Integra 2-氯-pNPG7 37°C		Roche Integra 2-chloro-pNPG7 37°C
		U/l	85	罗氏其他2氯对硝基苯麦芽三糖苷法37°C		Other Roche 2-chloro-pNPG7 37°C

CALIBRATION SERUM LEVEL 2 (CAL 2) 校准血清 (CAL2)

METHOD Lot No. 1657UN Cat No. CAL2350		所有仪器均值		批号: 1657UN	货号: CAL2350
Size 20 x 5 ml	Expiry 2025-11-28	包装规格: 20 x 5 ml		到期: 2025-11-28	
Analyte	分析项目	unit 单位	Target 靶值	方法	Methods
Amylase Total	淀粉酶	U/l	85	Roche 液体稳定 pNPG7 37°C	Roche liquid stable pNPG7 37°C
		U/l	89	Siemens 2-氯-pNPG3 37°C	Siemens 2-chloro-pNPG3 37°C
		U/l	86	梅里埃2氯对硝基苯麦芽三糖苷法37°C	bioMerieux 2-chloro-pNPG3 37°C
		U/l	87	Beckman Coulter 阻断 pNPG7 37°C	Beckman Coulter - blocked pNPG7 37°C
		U/l	90	Beckman Synchron AMY7 37°C	Beckman Synchron AMY7 37°C
		U/l	78	Agappe - CNPG3 37°C	Agappe - CNPG3 37°C
		U/l	85	Weiner Amikot (AU/dl) 37°C	Weiner Amikot (AU/dl) 37°C
		U/l	84	I.L. 2-氯-2-硝基苯麦芽三糖苷法37°C	I.L. 2-chloro-pNPG3 37°C
		U/l	88	Abbott Architect / Alinity cal factor 3806 37°C	Abbott Architect / Alinity cal factor 3806 37°C
		U/l	88	Abbott Architect / Alinity cal factor 3431 37°C	Abbott Architect / Alinity cal factor 3431 37°C
		U/l	78	Beckman CNPG3 消光系数) 37°C	Beckman CNPG3 (Extinction Coeff) 37°C
		U/l	85	BM/Roche 比色 pNPG7 37°C	BM/Roche Colorimetric pNPG7 37°C
		U/l	86	Abbott 阻断 pNPG7 37°C	Abbott - blocked pNPG7 37°C
		U/l	87	Abbott Alinity 淀粉酶 2 37°C	Abbott Alinity Amylase 2 37°C
		U/l	87	Abbott Architect 37°C	Abbott Architect 37°C
AST (GOT)	谷草转氨酶(AST或GOT)	U/l	32	比色法 37°C	Colorimetric 37°C
		U/l	22	比色法 30°C	Colorimetric 30°C
		U/l	15	比色法 25°C	Colorimetric 25°C
		U/l	32	Tris缓冲液 (不含P5P) 37°C	Tris buffer without P5P 37°C
		U/l	22	Tris缓冲液 (不含P5P) 30°C	Tris buffer without P5P 30°C
		U/l	15	Tris缓冲液 (不含P5P) 25°C	Tris buffer without P5P 25°C
		U/l	32	Tris缓冲液 (含P5P NVKC) 37°C	Tris buffer with P5P NVKC 37°C
		U/l	22	Tris缓冲液 (含P5P NVKC) 30°C	Tris buffer with P5P NVKC 30°C
		U/l	15	Tris缓冲液 (含P5P NVKC) 25°C	Tris buffer with P5P NVKC 25°C
		U/l	35	Tris缓冲液 (SCE) 37°C	Tris buffer SCE 37°C
		U/l	24	Tris缓冲液 (SCE) 30°C	Tris buffer SCE 30°C
		U/l	17	Tris缓冲液 (SCE) 25°C	Tris buffer SCE 25°C
Bicarbonate	碳酸氢盐	mmol/l	12.6	酶法	Enzymatic
		mmol/l	13.3	测压法	Manometric
Bile Acids	胆汁酸	μmol/l	28.0	第 4 代比色法	4th Generation Colorimetric
		μmol/l	28.5	第 5 代比色法	5th Generation Colorimetric
Bilirubin Direct	直接胆红素	μmol/l	18.8	二氯苯基重氮 (DPD)法	Dichlorophenyl Diazonium (DPD)
		mg/dl	1.10		
		μmol/l	18.5	重氮与二氯苯胺 (DCA)法	Diazo with Dichloroaniline (DCA)
		mg/dl	1.08		
		μmol/l	17.2	氧化成胆绿素/钒酸盐	Oxidation to Biliverdin/Vanadate
		mg/dl	1.01		
		μmol/l	17.0	改良 Jendrassik法	Modified Jendrassik
		mg/dl	0.990		
Bilirubin Total	总胆红素	μmol/l	26.8	重氮与二氯苯胺 (DCA)法	Diazo with Dichloroaniline (DCA)
		mg/dl	1.57		
		μmol/l	28.3	重氮化对氨基苯磺酸法	Diazo with Sulphanilic Acid
		mg/dl	1.65		

CALIBRATION SERUM LEVEL 2 (CAL 2) 校准血清 (CAL2)

METHOD Lot No. 1657UN Cat No. CAL2350 所有仪器均值 批号: 1657UN 货号: CAL2350

Size 20 x 5 ml Expiry 2025-11-28 包装规格: 20 x 5 ml 到期: 2025-11-28

Analyte	分析项目	unit 单位	Target 靶值	方法	Methods
Bilirubin Total	总胆红素	μmol/l	26.3	二氯苯基重氮 (DPD)法	Dichlorophenyl Diazonium (DPD)
		mg/dl	1.54		
		μmol/l	23.9	硝基重氮苯盐	Nitrobenzenediazonium salt
		mg/dl	1.40		
		μmol/l	25.4	重氮离子法	Diazonium ion
		mg/dl	1.49		
		μmol/l	30.1	氧化成胆绿素/钒酸盐	Oxidation to Biliverdin/Vanadate
		mg/dl	1.76		
Calcium	钙	μmol/l	34.3	改良 Jendrassik法	Modified Jendrassik
		mg/dl	2.01		
		mmol/l	2.12	甲酚酞络合剂比色法	Cresolphthalein complexone
		mg/dl	8.50		
		mmol/l	2.16	离子选择性电极-间接法	Ion selective electrode
		mg/dl	8.66		
		mmol/l	2.18	甲基百里酚蓝	Methylthymol blue
		mg/dl	8.74		
Chloride	氯	mmol/l	2.16	偶氮砷III法	Arsenazo III
		mg/dl	8.66		
		mmol/l	2.15	偶氮胂法	Phosphonazo
		mg/dl	8.62		
		mmol/l	2.13	NM-BAPTA	NM-BAPTA
		mg/dl	8.54		
		mmol/l	97.8	比色法	Colorimetric
		mmol/l	94.1	离子选择性电极-间接法	ISE indirect
Cholesterol	胆固醇	mmol/l	96.6	离子选择性电极-直接法	ISE direct
		mg/dl	163	胆固醇氧化酶 - Abell Kendall	Cholesterol Oxidase - Abell Kendall
		mmol/l	4.22		
		mg/dl	163	胆固醇氧化酶 - IDMS	Cholesterol Oxidase - IDMS
		mmol/l	4.23		
		mg/dl	163		
		mmol/l	4.23	胆固醇脱氢酶	Cholesterol Dehydrogenase
		mg/dl	163		
Cholinesterase	胆碱酯酶	U/l	5446	苯甲酯胆碱比色法 37°C	Colorimetric Benzoylcholine 37°C
		U/l	5943	硫代丁酯胆碱比色法 37°C	Colorimetric Butyrylthiocholine 37°C
CK Total	肌酸激酶 (总)	U/l	179	肌酸激酶-NAC 样本启动 (DGKC) 37°C	CK-NAC serum start (DGKC) 37°C
		U/l	112	肌酸激酶-NAC 样本启动 (DGKC) 30°C	CK-NAC serum start (DGKC) 30°C
		U/l	76	肌酸激酶-NAC 样本启动 (DGKC) 25°C	CK-NAC serum start (DGKC) 25°C
		U/l	180	肌酸激酶-NAC 底物启动 (DGKC) 37°C	CK-NAC substrate start (DGKC) 37°C
		U/l	113	肌酸激酶-NAC 底物启动 (DGKC) 30°C	CK-NAC substrate start (DGKC) 30°C
		U/l	77	肌酸激酶-NAC 底物启动 (DGKC) 25°C	CK-NAC substrate start (DGKC) 25°C
		U/l	175	肌酸激酶-NAC (IFCC) 37°C	CK-NAC (IFCC) 37°C
		U/l	110	肌酸激酶-NAC (IFCC) 30°C	CK-NAC (IFCC) 30°C
		U/l	74	肌酸激酶-NAC (IFCC) 25°C	CK-NAC (IFCC) 25°C
		U/l	190	1-硫代甘油法37°C	Monothioglycerol 37°C
		U/l	119	1-硫代甘油法30°C	Monothioglycerol 30°C
		U/l	81	1-硫代甘油法25°C	Monothioglycerol 25°C

CALIBRATION SERUM LEVEL 2 (CAL 2) 校准血清 (CAL2)

METHOD Lot No. 1657UN Cat No. CAL2350 所有仪器均值 批号: 1657UN 货号: CAL2350

Size 20 x 5 ml Expiry 2025-11-28 包装规格: 20 x 5 ml 到期: 2025-11-28

Analyte	分析项目	unit 单位	Target 靶值	方法	Methods
Copper	铜	μmol/l μg/dl	16.1 103	比色法	Colorimetric
Creatinine	肌酐	μmol/l	126	碱性苦味酸盐法 (去蛋白)	Alkaline picrate with deproteinization
		mg/dl	1.42		
		μmol/l	124	碱性苦味酸盐法 (未去蛋白)	Alkaline picrate no deproteinization
		mg/dl	1.41		
		μmol/l	125	紫外法酶法	Enzymatic UV method
		mg/dl	1.41		
		μmol/l	125	肌酐PAP法	Creatinine PAP method
		mg/dl	1.41		
		μmol/l	124	抑制速率法	Jaffe rate blanked
		mg/dl	1.40		
		μmol/l	152	竞争速率法 (-26 μmol/l)	Jaffe rate blanked comp. (-26 μmol/l)
		mg/dl	1.72		
		μmol/l	139	代偿速率法 (-18 μmol/l)	Jaffe rate blanked compensated (-18 μmol/l)
		mg/dl	1.57		
		μmol/l	121	可追溯至同位素稀释质谱法 (IDMS)	IDMS traceable
		mg/dl	1.37		
gamma-GT	谷氨酰转氨酶 (GGT)	U/l	54	γ-谷氨酰-3-羧基-4-硝基苯胺 37°C	Gamma glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide 37°C
		U/l	43	γ-谷氨酰-3-羧基-4-硝基苯胺 30°C	Gamma glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide 30°C
		U/l	33	γ-谷氨酰-3-羧基-4-硝基苯胺 25°C	Gamma glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide 25°C
		U/l	54	γ-谷氨酰-4-硝基苯胺 37°C	Gamma glutamyl-4-nitroanilide 37°C
		U/l	43	γ-谷氨酰-4-硝基苯胺 30°C	Gamma glutamyl-4-nitroanilide 30°C
		U/l	33	γ-谷氨酰-4-硝基苯胺 25°C	Gamma glutamyl-4-nitroanilide 25°C
		U/l	57	γ-谷氨酰-3-羧基-4-硝基苯胺 (IFCC) 37°C	Gamma Glutamyl-3-Carboxy-4-nitroanilide (IFCC) 37°C
		U/l	45	γ-谷氨酰-3-羧基-4-硝基苯胺 (IFCC) 30°C	Gamma Glutamyl-3-Carboxy-4-nitroanilide (IFCC) 30°C
		U/l	35	γ-谷氨酰-3-羧基-4-硝基苯胺 (IFCC) 25°C	Gamma Glutamyl-3-Carboxy-4-nitroanilide (IFCC) 25°C
		U/l	55	DCL γ-谷氨酰-3-羧基-4-硝基苯胺 37°C	DCL gamma glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide 37°C
		U/l	43	DCL γ-谷氨酰-3-羧基-4-硝基苯胺 30°C	DCL gamma glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide 30°C
		U/l	34	DCL γ-谷氨酰-3-羧基-4-硝基苯胺 25°C	DCL gamma glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide 25°C
GLDH	谷氨酸脱氢酶 (GLDH)	U/l	17	三乙醇胺缓冲液 50 mmol, 37°C	Triethanolamine buffer 50 mmol 37°C
		U/l	13	三乙醇胺缓冲液 50 mmol, 30°C	Triethanolamine buffer 50 mmol 30°C
		U/l	11	三乙醇胺缓冲液 50 mmol, 25°C	Triethanolamine buffer 50 mmol 25°C
Glucose	葡萄糖	mmol/l	5.98	葡萄糖脱氢酶法	Glucose dehydrogenase
		mg/dl	108		
		mmol/l	5.90	己糖激酶法	Hexokinase
		mg/dl	106		
		mmol/l	5.94	氧电极	Oxygen electrode
		mg/dl	107		
		mmol/l	6.03	葡萄糖氧化酶法	Glucose oxidase
		mg/dl	109		

CALIBRATION SERUM LEVEL 2 (CAL 2) 校准血清 (CAL2)

METHOD Lot No. 1657UN Cat No. CAL2350 所有仪器均值 批号: 1657UN 货号: CAL2350

Size 20 x 5 ml Expiry 2025-11-28 包装规格: 20 x 5 ml 到期: 2025-11-28

Analyte	分析项目	unit 单位	Target 靶值	方法	Methods
Iron	铁	μmol/l	20.3	比色法 (含ppt.)	Colorimetric with ppt.
		μg/dl	113		
		μmol/l	20.3	比色法 (不含ppt.)	Colorimetric without ppt.
		μg/dl	113		
Lactate	乳酸	mmol/l	1.51	乳酸氧化酶比色法	Colorimetric Lactate Oxidase
		mg/dl	13.6		
		mmol/l	1.40	酶电极法	Enzymatic Electrode
		mg/dl	12.6		
		mmol/l	1.52	离子选择性电极法	Ion selective electrode
		mg/dl	13.7		
LD (LDH)	乳酸脱氢酶 (LDH)	U/l	201	L->P 37°C	L->P 37°C
		U/l	145	L->P 30°C	L->P 30°C
		U/l	102	L->P 25°C	L->P 25°C
		U/l	417	P->L 斯堪的纳维亚和荷兰 37°C	P->L Scandinavian & Dutch 37°C
		U/l	301	P->L 斯堪的纳维亚和荷兰 30°C	P->L Scandinavian & Dutch 30°C
		U/l	211	P->L 斯堪的纳维亚和荷兰 25°C	P->L Scandinavian & Dutch 25°C
		U/l	393	P->L 德国方法 37°C	P->L German methods 37°C
		U/l	284	P->L 德国方法 30°C	P->L German methods 30°C
		U/l	199	P->L 德国方法 25°C	P->L German methods 25°C
		U/l	399	P->L SFBC 37°C	P->L SFBC 37°C
		U/l	288	P->L SFBC 30°C	P->L SFBC 30°C
		U/l	202	P->L SFBC 25°C	P->L SFBC 25°C
		U/l	201	L->P (IFCC) 37°C	L->P IFCC 37°C
		U/l	145	L->P (IFCC) 30°C	L->P IFCC 30°C
		U/l	102	L->P (IFCC) 25°C	L->P IFCC 25°C
Lipase	脂肪酶	U/l	33	罗氏比色法 37°C	Roche Colorimetric 37°C
Lithium		mmol/l	0.939	离子选择性电极法	Ion selective electrode
		mg/dl	0.652		
		mmol/l	0.940	分光光度法	Spectrophotometric
		mg/dl	0.653		
Magnesium	镁	mmol/l	0.903	偶氮砷III法	Arsenazo III
		mg/dl	2.19		
		mmol/l	0.924	原子吸收法	Atomic absorption
		mg/dl	2.25		
		mmol/l	0.907	钙镁指示剂比色法	Calmagite
		mg/dl	2.20		
		mmol/l	0.922	二甲苯胺蓝法	Xylydyl Blue
		mg/dl	2.24		
		mmol/l	0.904	甲基百里酚蓝	Methylthymol blue
		mg/dl	2.20		
		mmol/l	0.925	偶氮氯膦III法	Chlorphosphonazo III
		mg/dl	2.25		
		mmol/l	0.900	酶法	Enzymatic
		mg/dl	2.19		

CALIBRATION SERUM LEVEL 2 (CAL 2) 校准血清 (CAL2)

METHOD Lot No. 1657UN Cat No. CAL2350 所有仪器均值 批号: 1657UN 货号: CAL2350

Size 20 x 5 ml Expiry 2025-11-28 包装规格: 20 x 5 ml 到期: 2025-11-28

Analyte	分析项目	unit 单位	Target 靶值	方法	Methods
Osmolality	摩尔渗透压浓度	mOsm/kg	290	计算	Calculated
		mOsm/kg	297	凝固点降低法	Freezing point depression
Phosphate Inorganic	无机磷	mmol/l	1.44	磷钼酸盐酶法	Phosphomolybdate enzymatic
		mg/dl	4.46		
		mmol/l	1.45	磷钼酸盐紫外法	Phosphomolybdate UV
		mg/dl	4.50		
Potassium	钾	mmol/l	4.28	酶法	Enzymatic
		mmol/l	3.82	火焰光度法	Flame photometry
		mmol/l	3.88	离子选择性电极-直接法	ISE method - direct
		mmol/l	3.97	离子选择性电极-间接法	ISE method - indirect
		mmol/l	3.86	比色法	Colorimetric
Protein Total	总蛋白	g/l	58.3	双缩脲反应终点法	Biuret reaction end point
		g/dl	5.83		
		g/l	57.9	双缩脲反应动力学法	Biuret reaction kinetic
		g/dl	5.79		
Sodium	钠	mmol/l	142	酶法	Enzymatic
		mmol/l	141	火焰光度法	Flame photometry
		mmol/l	138	离子选择性电极-直接法	ISE method - direct
		mmol/l	141	离子选择性电极-间接法	ISE method - indirect
		mmol/l	140	比色法	Colorimetric
TIBC	总铁结合力(TIBC)	μmol/l	41.4	游离铁离子清除法	Removal of excess free iron
		μg/dl	231		
		μmol/l	43.2	FE+UIBC (含铁饱和)	FE+UIBC(saturation with iron)
		μg/dl	241		
		μmol/l	44.6	直接比色法	Direct Colorimetric
		μg/dl	249		
		μmol/l	43.1	由转铁蛋白计算	Calculated from Transferrin
Triglycerides	甘油三酯	mmol/l	1.09	脂肪酶/GPO-PAP (无校正)	Lipase/GPO-PAP no correction
		mg/dl	96.5		
		mmol/l	1.10	脂肪酶/GPO-PAP 0.11mmol/l 校正	Lipase/GPO-PAP 0.11mmol/l correction
		mg/dl	97.4		
		mmol/l	1.09	脂肪酶/甘油激酶 (无校正)	L/G Kinase EP. no correction
		mg/dl	96.5		
		mmol/l	1.10	脂肪酶/甘油激酶 (0.11mmol/l校正)	L/G kinase EP. 0.11 mmol/l correction
		mg/dl	97.4		
Urea	尿素	mmol/l	7.54	贝克曼-电导率	Beckman-Conductivity
		mg/dl	45.3		
		mmol/l	7.33	脲酶终点法	Urease end point
		mg/dl	44.1		

CALIBRATION SERUM LEVEL 2 (CAL 2) 校准血清 (CAL2)

METHOD	Lot No. 1657UN	Cat No. CAL2350	所有仪器均值		批号: 1657UN	货号: CAL2350
Size	20 x 5 ml	Expiry 2025-11-28	包装规格: 20 x 5 ml		到期: 2025-11-28	
Analyte	分析项目	unit 单位	Target 靶值	方法		Methods
Urea	尿素	mmol/l	7.31	脲酶动力学法		Urease kinetic
		mg/dl	43.9			
		mmol/l	7.19	脲素酶次氯酸盐法		Urease hypochlorite
		mg/dl	43.2			
		mmol/l	7.31	血尿素氮		BUN
		mg/dl	20.5			
Uric Acid (Urate)	尿酸	mmol/l	0.338	尿酸酶过氧化物酶比色法340nm		Uricase catalase 340nm
		mg/dl	5.68			
		mmol/l	0.340	还原法		Reduction methods
		mg/dl	5.71			
		mmol/l	0.341	尿酸酶过氧化物酶比色法 (含抗坏血酸氧化酶)		Uricase peroxidase with ascorbate oxidase
		mg/dl	5.73			
		mmol/l	0.341	尿酸酶过氧化物酶比色法 (不含抗坏血酸氧化酶)		Uricase peroxidase no ascorbate oxidase
		mg/dl	5.73			
		mmol/l	0.336	分光光度法在 280-290		Spectrophotometric at 280-290
		mg/dl	5.64			
		mmol/l	0.336	尿酸酶过氧化物酶比色法 (含抗坏血酸氧化酶) @546nm		Uricase Peroxidase with ascorbate oxidase @ 546nm
		mg/dl	5.64			
Zinc	锌	µmol/l	27.0	比色法 (去蛋白)		Colorimetric with deproteinisation
		µg/dl	177			